

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 17.09.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt


Virusgenom-Nachweis - SARS-CoV-2 (409):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:
SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
49799
MSc. Rene Rohrmanstorfer
Novogenia GmbH
Zentrum für Humangenetik
Pebering-Straß 19
5301 Eugendorf

Düsseldorf, 20.10.2021



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 17.09.2021

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Virusgenom-Nachweis - SARS-CoV-2 (409):

SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ


(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

49799

MSc. Rene Rohrmanstorfer
Novogenia GmbH
Zentrum für Humangenetik
Pebering-Straß 19
5301 Eugendorf

Düsseldorf, 20.10.2021



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)

Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

49799: MSc. Rene Rohrmanstorfer
Novogenia GmbH
Zentrum für Humangenetik

Ringversuch vom 17.09.2021

Ringversuchsleiter: Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
Institut für Qualitätssicherung in der
Virusdiagnostik - IQVD
Potsdamer Chaussee 80
14129 Berlin

Tel.: +49 30 8105 4300
Fax: +49 30 8105 4303
Mail: Heinz.Zeichhardt@iqvd.de

409

Virusgenom-Nachweis - SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 (RNA) - qualitativ

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
FTD SARS-CoV-2 assay		PCR / NAT (395)	FAST-TRACK DIAGNOSTICS (FT)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	409011	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	409012	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	409013	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	409014	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	409015	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
Primer / Genregion	Probe	Ihr Wert				
	409011	ohne Differenzierung				
	409012	ohne Differenzierung				
	409013	ohne Differenzierung				
	409014	ohne Differenzierung				
	409015	ohne Differenzierung				