

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 14.06.2020

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusimmunologie - SARS-CoV-2 (Ak) (4162):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Anti-SARS-CoV-2 gesamt (ohne Differenzierung nach IgG, IgA und IgM)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

49799

MSc. Rene Rohrmanstorfer
Novogenia GmbH
Zentrum für Humangenetik
Pebering-Straß 19
5301 Eugendorf

Düsseldorf, 29.06.2020



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 14.06.2020

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Virusimmunologie - SARS-CoV-2 (Ak) (4162):

Anti-SARS-CoV-2 gesamt (ohne Differenzierung nach IgG, IgA und IgM)


(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Teilnehmer:

49799

MSc. Rene Rohrmanstorfer
Novogenia GmbH
Zentrum für Humangenetik
Pebering-Straß 19
5301 Eugendorf

Düsseldorf, 29.06.2020



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
(Ringversuchsleiter)

Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

49799: MSc. Rene Rohrmanstorfer
Zentrum für Humangenetik

Ringversuch vom 14.06.2020

Ringversuchsleiter: Prof. Dr. rer. nat. Heinz Zeichhardt
Institut für Qualitätssicherung in der
Virusdiagnostik - IQVD
Potsdamer Chaussee 80
14129 Berlin

Tel.: +49 30 8105 4300
Fax: +49 30 8105 4303
Mail: Heinz.Zeichhardt@iqvd.de

4162

Virusimmunologie - SARS-CoV-2 (Ak)

Anti-SARS-CoV-2 gesamt (ohne Differenzierung nach IgG, IgA und IgM)

+

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
Platelia SARS-CoV-2 Total Ab		Immunologischer Test (ELISA) (190)	BIORAD (BR)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	416005	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	416006	negativ (1)	negativ (1)	SW		+
	416007	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	416008	negativ (1)	negativ (1)	SW		+